



Uptc

Universidad Pedagógica y
Tecnológica de Colombia

Tunja, octubre 15 de 2010

Edificando
futuro

Doctora
ANA YANETH JIMENEZ PINZON
Coordinadora bienes y Suministros
Uptc.

Reciba un cordial saludo.

De manera atenta me permito comentar las observaciones enviadas por la Empresa INDUTECSA respecto a la solicitud 039-2010 para la compra de un equipo de ultrasonidos.

En el primer punto respecto a considerar la propuesta donde se entregue el equipo modular multitecnología, considero que esta opción sería solo para una empresa en particular y representa un adicional los requisitos básicos presentados en el pliego de condiciones presentada por la Universidad. Por tanto está por fuera de las especificaciones básicas presentadas por la Universidad y constituyen un adicional que será evaluado oportunamente en las especificaciones técnicas.

No es necesario aclarar el tipo de palpadores y número de ellos requerido por cuanto son los mínimos necesarios para el correcto funcionamiento del equipo. Las zapatas que se requieren son para ondas longitudinales y transversales que son los tipos de onda que se usan para el ensayo, por lo que no se requiere especificar.


El suministro del Software para evaluación de soldaduras no puede contemplarse en las especificaciones por cuanto son desarrollos realizados por empresas particulares, por lo que no son especificaciones técnicas generales que puedan cumplir todas las empresas.

En cuanto a la forma de pago solicitada en el ítem 5, debe ser la oficina de bienes y suministros quien conceptúe en este aspecto dado el valor del equipo que se espera adquirir.

En conclusión, las consideraciones que solicita INDUTECSA queden en la página, no son relevantes, por tanto no deben ser incluidas en el pliego de condiciones.

Sin otro particular.


YANETH PINEDA TRIANA
Docente Escuela de Metalurgia



www.uptc.edu.co

13/10/2010




Uptc

Universidad Pedagógica y
Tecnológica de Colombia



Bienes

Edificando futuro



Sus Aliados en Proyectos Especiales de Ingeniería

Bogotá D.C. Octubre 12 de 2010

Señores:

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA

Att. Departamento de Adquisiciones

Tunja (Boy)

RE. ITV-2010-095

Observaciones Solicitud 039-2010

Equipo para Ensayos Ultrasonicos

Respetados Señores

Por medio de la presente nos permitimos realizar las siguientes observaciones al pliego de condiciones de la solicitud de la referencia.

- 1) En cuanto a las especificaciones técnicas, solicitamos se considere el aceptar propuestas donde se entregue un Equipo Modular Multitecnología (64/16), con Módulos de (16/64) y (16/16)
- 2) Favor especificar cuáles son los palpadores (transductores) requeridos, cantidad de elementos y frecuencia.
- 3) En cuanto a las zapatas favor aclarar qué tipo de zapatas requieren, si son para ondas longitudinales o transversales.
- 4) Solicitamos se considere el suministro de un Software de Soldaduras donde se muestre el perfil de estas.
- 5) Agradecemos se considere una forma de pago de 50% Anticipo y 50 % 30 dias Fecha Factura, luego de entregar a satisfacción.

Quedamos a la espera de sus comentarios


Cordialmente,

Ing. Jairo A. Rodríguez C.
Gerente General

GRUPO BIENES Y SUMINISTROS
U.P.T.C.
DIA 13 DE OCTUBRE 2010
WYRAM C

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA
DIRECCION ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA
RECIBI: *[Signature]*
FECHA: 12-10-10 HORA: 5:50





Jose Humberto Daza Rodriguez <jose.daza@uptc.edu.co>

observaciones

2 mensajes

Jose Humberto Daza Rodriguez <jose.daza@uptc.edu.co>

20 de octubre de 2010 14:57

Para: Yaneth Pineda Triana <yanethp6@hotmail.com>, yaneth.pineda@uptc.edu.co

--

JOSÉ HUMBERTO DAZA RODRÍGUEZ
Grupo Bienes Suministros e Inventarios
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia
Tel 8 7422178
Fax 8 7436229
Celular 3175140356

 **OBSERVACIONES_039[1].pdf**
163K

Yaneth Pineda Triana <yanethp6@hotmail.com>

20 de octubre de 2010 17:06

Para: José Daza <jose.daza@uptc.edu.co>

Josecito estas observaciones ya fueron contestadas oportunamente, fueron las que te envie con Claudia por medio de carta. Sin embargo te aclaro que pueden ser baterias sin mencionar el número y que el nombre los softwares ya fueron eliminados y quedo solo que fuera software para obtención y analisis de resultados sin agregar ningún nombre en particular.
Quedo a al espera de tus comentarios

*YANETH PINEDA TRIANA
Profesora Escuela de Metalurgia
Facultad de ingeniería
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia
Km 1 carretera central del norte via Paipa
cel.312 379 0425
Tunja, Boyacá*


Date: Wed, 20 Oct 2010 14:57:43 -0500

Subject: observaciones

From: jose.daza@uptc.edu.co

To: yanethp6@hotmail.com; yaneth.pineda@uptc.edu.co

[El texto citado está oculto]



Tecsud
Tecnología, Equipos y Soluciones

Bogotá D. C., 12 de octubre de 2010

Señores
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, UPTC.
Avenida Central del Norte Vía a Paipa,
Dirección Administrativa y Financiera,
3er piso Edificio Administrativo
FAX: 7436217
Tunja


Ref.: CONTRATACIÓN DIRECTA NO. 039 DE 2010

Respetados señores:

Yo, Leopoldo Arteaga S., C. C. 19.218.364, asesor técnico y comercial de TECSUD, calle 31 No 13 A-51 Oficina 210, leopoldo.arteaaga@tecsud.com, fax 3593998 ext. 111. Con relación a la Contratación en mención, dentro del periodo de Observaciones y Aclaraciones al proyecto de pliego; comedidamente solicitamos.

1. Informar la forma de pago, el plazo y sitio de entrega.
2. Adjuntar copia del contrato que se firmaría con la institución.
3. Donde dice: modulo de phase Array con plug para conexión de palpador de hasta 64 cristales sugerimos incluir modulo de (16/16) o (16/64) ya que cumplen técnicamente con todas las especificaciones.
4. En las especificaciones técnicas sugerimos incluir entrenamiento en la operación del equipo y dos cupos en entrenamiento de la técnica de inspección por ultrasonido certificado nivel I y II , dictado por un nivel II de la ASNT
5. Sugerimos que el proveedor presente experiencia certificada como proveedor en esta tecnología.

Atentamente,


Leopoldo Arteaga S.
Gerente RVI

GRUPO BIENES Y SUMINISTROS		UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA	
U.P.T.C.		DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	
DIA 14	MES 10	RECIBI: <i>[Signature]</i>	
AÑO 10		FECHA: 12-10-10	HORA: 9:30

Calle 31 No. 13 A -51 TORRE 1 OF. 210. Bogotá D.C. Colombia
Tel.: Fijo, 57-1-3593997 / 3593998 / 4832834 y Cel. 320-8400470
E-mail: leopoldo.arteaaga@tecsud.com ó info@tecsud.com
www.tecsud.com



Bogotá. 12 de octubre de 2010

Señores

**UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA U.P.T.C.
Dirección Administrativa y Financiera
Tunja (Boyacá)**

**REF. Solicitud de Revisión Especificaciones Técnicas Mínimas
Pliego de Contratación Directa No. 039 de 2010.**

Apreciados Señores,

Teniendo en cuenta el objeto del contrato en referencia:
"Contratar la compra de equipo para ensayos ultrasónicos para la Facultad de Ingeniería – Escuela de Metalurgia UPTC- Tunja."

Solicitamos respetuosamente la revisión de:


Numeral 3. Especificaciones Técnicas Mínimas: Equipo para Ensayos Ultrasónicos de última Tecnología, incluye:

- 8 canales convencionales.

Solicitamos evaluar la opción a partir de dos (2) canales convencionales (4 en total, 2 TX y 2 RX), ya que estos cumplirían los propósitos de inspección independiente a la técnica de Phased Artrav

Atentamente,

**Ing. FERNANDO MANCILLA
Representante Legal
C.C. 6.768.512 Tunja.**



RECIBI: [Signature]
FECHA: 12-10-10 HORA: 5:00

GRUPO BIENES Y SUMINISTROS
U.P.T.C.
DÍA 13 MES 10 AÑO 2010
[Signature]