

OBSERVACIONES AL PROYECTO DE PLIEGODE CONDICIONES DE LA INVITACIÓN PÚBLICA

INVITACION PÚBLICA No. 018 DE 2014

**“CONTRATAR EL TRASLADO DE LA RED DE GASES ESPECIALES DE
LOS LABORATORIOS ADSCRITOS AL GRUPO DE CATÁLISIS LOCALIZADOS
EN EL EDIFICIO DE LABORATORIOS (PRIMER Y CUARTO PISO) AL
LABORATORIO LN 311 EN EL CENTRO DE LABORATORIOS UPTC SEDE
CENTRAL TUNJA Y LA IMPLEMENTACIÓN DE LA RED DE TODOS LOS
GASES ESPECIALES A MANEJAR MEDIANTE EL SUMINISTRO E
INSTALACIÓN DE TUBERÍA Y ACCESORIOS COMO LA CASETA PAR EL
ALMACENAJE”**



**RECTORIA
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA
TUNJA, TREINTA (30) DE ABRIL DE 2014 (5:30 PM)**

Observaciones al proyecto de pliego de condiciones definitivo Red de Gases UPTC

Fredy.Moreno@linde.com <Fredy.Moreno@linde.com>

30 de abril de 2014, 16:39

Para: bienes.suministros@uptc.edu.co

Cc: Rafael.Garcia.Rincon@linde.com

Buenas tardes:

De acuerdo a los prepliegos presentados tenemos las siguientes observaciones:

1. Para esta LICITACION entregan PLANOS del edificio?
2. No conocemos si hay trabajos en altura..No menciona panorama de riesgos, adicionalmente se debe realizar calculos de costos de trabajos en altura y es necesario saber cuanto se va a trabajar externamente
3. LINDE no realiza adecuación del tubing que se desmonta. El TUBING que se desmonta , no se puede reinstalar, por temas de calidad y de seguridad industrial.
4. LINDE no garantiza el estado actual de los reguladores, al tratarse de equipos usados no podemos garantizar que el funcionamiento de los mismos sea el optimo o necesario para requerimientos de trabajo y seguridad tanto de la red como de la integridad de los usuarios.
5. Dentro de los Documentos Financieros que exigen, están pidiendo Código CIU no es lo que esta vigente según lo establecido en el decreto 1510 de 2.013.

En espera de sus comentarios y confirmación de la visita técnica para el 8 de mayo.

Cordialmente;

Fredy Humberto Moreno Torres
Ingeniero de Ventas y Asistencia Tecnica
Linde
Avenida de las Americas No. 27-31
Phone: (578) + 7601088 Cel 3214696967
FAX: (578) + 7619659
fredy.moreno@linde.com www.linde.com