

OBSERVACIONES AL PLIEGO DE CONDICIONES

INVITACION PÚBLICA 005 DE 2022

“MANTENIMIENTO DE EQUIPOS, CON DESTINO AL INSTITUTO PARA LA
INVESTIGACIÓN Y LA INNOVACIÓN EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LOS
MATERIALES - INCITEMA.”



Uptc
Universidad Pedagógica y
Tecnológica de Colombia

RECTORÍA
COMITÉ DE LICITACIONES Y CONTRATOS
TUNJA, TREINTA Y UNO (31) DE MARZO DE 2022
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA

ANALITICA Y MEDIO AMBIENTE



Departamento de contratación <contratacion@uptc.edu.co>

OBSERVACIONES A PLIEGOS DEFINITIVOS

1 mensaje

comercial@analiticayma.com <comercial@analiticayma.com>
Para: contratacion@uptc.edu.co

31 de marzo de 2022, 10:55

Buen día,

Mediante el presente correo y dando cumplimiento al cronograma nos permitimos realizar las siguientes observaciones al pliego de condiciones para el proceso INVITACIÓN PÚBLICA No.005 DE 2022

En el punto 15.4 Especificaciones técnicas mínimas solicitamos aclaración en los siguientes aspectos:

Mantenimiento correctivo compresor Espectrofotómetro de Absorción Atómica. Realizar cambio de aceite y limpieza interna del tanque para evitar corrosión

Solicitamos se aclare dentro del pliego la Marca del compresor que requiere el mantenimiento así como el modelo, el serial del equipo y la antigüedad del mismo. Esto con el fin de garantizar que el proponente que se presente tenga los conocimientos y la experiencia para el equipo de acuerdo a los datos suministrados por la UPTC

También sugerimos realizar la aclaración si el aceite para el cambio de dicho compresor es suministrado por UPTC o debe ser suministrado por el proponente que realice el mantenimiento.

Debido a que la Universidad está solicitando el mantenimiento correctivo, consideramos importante aclarar cuáles son las fallas que presenta el compresor y/o cuáles son las partes que requieren cambio, pues al solicitar un correctivo como la palabra lo indica se debe corregir un proceso en su funcionamiento.

Mantenimiento preventivo UPS equipo Espectrofotómetro de Absorción Atómica.

Solicitamos se aclare dentro del pliego la Marca, referencia, modelo y capacidad en **KVA** de la UPS. Y si cuenta con módulos de bancos de baterías adicionales

Mantenimiento preventivo y calificación Espectrofotómetro de Absorción Atómica SHIMADZU AA - 7000 Número de Inventario: A258956-IN032 Dos Mantenimientos y 1 Calificación. Los mantenimientos se deben realizar con una diferencia de seis meses.

Es importante que la Universidad aclare si se requiere el kit de mantenimiento del Equipo o si por el contrario la UPTC cuenta con el Kit para realizar el mantenimiento, esto teniendo en cuenta que es un kit que pudo haber quedado de mantenimientos anteriores.

Cordialmente,



Natalia Vega Torres

Asistente Administrativa y Comercial
comercial@analiticayma.com

Cel. 318 2393314 Tel. (1) 5207610
Calle 135 # 50 - 76 Bogotá, Colombia